



Znak: AE/DZiM/ZO-24-33/22

Tarnów, 2022-11-03

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zamrażarki laboratoryjnej do przechowywania osocza dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 2-4 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 300 litrów, wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 680 x 660 x 2040 mm, wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 480x465x1320 mm?
2. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie ustawianej temperatury od -15st.C do -42st.C i dokładnością regulacji i dokładnością wyświetlania  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ?
3. **Dotyczy pkt 6 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z blachami zewnętrznymi obudowy wykonanymi ze stali galwanizowanej na gorąco, pokryte powłoką antykorozyjną i folią PCV? Wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej. Obudowa jest w kolorze szarym a drzwi zewnętrzne czarne.
4. **Dotyczy pkt 9 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wykonanych z metalu drzwiczek wewnętrznych ograniczających upływ zimnego powietrza w trakcie załadunku lub rozładunku szuflad zamrażarki, ale z rozwiązaniem polegającym na systemie szuflad, które posiadają wysoki front z pleksji pełniący rolę drzwi wewnętrznych, minimalizujący straty chłodu? Jest to rozwiązanie równoważne do wyspecyfikowanego.
5. **Dotyczy pkt 10-11 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 6-ciomą szufladami o wymiarach 410 x 395 mm?
6. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wymuszonego obiegu powietrza?
7. **Dotyczy pkt 15 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ochroną przed nieautoryzowanymi zmianami parametrów przy pomocy hasła, ale bez indywidualnych haseł użytkowników ?
8. **Dotyczy pkt 17 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podtrzymywanym baterijnie alarmem zaniku napięcia, z wskaźnikiem niskiego stanu naładowania baterii, ale bez podglądu poziomu naładowania baterii widocznym na ekranie głównym wyświetlacza?
9. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej na podany przez zamawiającego adres [zaopatrzenie@ssz.tar.pl](mailto:zaopatrzenie@ssz.tar.pl).
10. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę w całości wykonaną ze stali nierdzewnej (wnętrze i obudowa zewnętrzna) w kolorze srebrnym?
11. **Dotyczy pkt 3 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 670x640x1400 mm (SzxGxW) i wymiarach wewnętrznych 570 x 540 x 680 mm (SzxGxW), przy uwzględnieniu tego, że wymiar szuflady będzie zgodny z wymogami specyfikacji?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pkt 5 Załącznika Nr 3** zakresu ustawienia temperatury od -15st.C do -42st.C, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

**Ad.3** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.





**Ad.4** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.5.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.6** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.7** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.8** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

**Ad.9** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 07.11.2022r. godz.12<sup>00</sup>, w miejscu wskazanym w zapytaniu.

**Ad.10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pkt. 7 Załącznika Nr 3** zamrażarkę w całości wykonaną ze stali nierdzewnej (wnętrze i obudowa zewnętrzna) w kolorze srebrnym.

**Ad.11** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

REFERENT

*Marta Papuga*



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

