



Znak: AE/ZP-27-71/16

Tarnów, 2016-06- 02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników urologicznych, zatyczek do cewników, stentów wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

**Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o parametrach: średnice 2,25 – 4,50 mm (2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,0, 4,5); długość 8-32 mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm) z pominięciem rozmiaru 4,50x 8 mm; ciśnienie nominalne 11 atm; ciśnienie RBP 18 atm?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** stentu opisanego w pytaniu pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a