



Znak: AE/ZP-27-52/17

Tarnów, 2017-09- 28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 300 cm, zamiast 180 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5**– Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3 poz. 5 szew o grubości 0 zamiast 1/0? Wszystkie pozostałe parametry bez zmian
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4**– Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4 poz. 4 szew o długości 250 cm zamiast dopuszczonych min. 180 cm +20%? Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 szew o okresie wchłaniania do 90 dni, pozostałe parametry bez zmian?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1, poz. 3 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1, poz. 7 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1, poz. 13 nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2, poz. 2 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3, poz. 1 igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3, poz. 5 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3, poz. 5 igłę o krzywiznie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4, poz. 3 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4, poz. 4 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 8, poz. 1 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalnie nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce jak dotychczas dostarczane do państwa placówki?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?

20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3-4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących przy zachowaniu pozostałych parametrów?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 300 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie szwów o grubości 0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania do 90 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania do 90 dni, Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania oraz dopisania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania do 90 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania tylko w nazwie pakietu.**

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 36 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o długości 75 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 18 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 20 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 35 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 90 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.**

Ad. 17

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane szwy posiadały oryginalnie nadrukowane kody kreskowe na każdej szaszetce. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 18

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 36 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz.1 – 3 dopuszcza również zaoferowanie igieł wzmocnionych, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 pod warunkiem, że igła nie jest grubsza od standardowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 3 dopuszcza również zaoferowanie igieł wzmocnionych, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 22

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 23

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 24

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3- 4 dopuszcza również zaoferowanie igieł odwrotnie tnących pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

3



Ad. 25

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 26

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igieł wzmocnionych, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 pod warunkiem, że igła nie jest grubsza od standardowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

