



Znak: AE/ZP-27-43/17

Tarnów, 2017-07-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - 3. Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane klipsy z pozycji od 1 do 3, które są implantami medycznymi powinny posiadać dołączone do każdego zasobnika wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nazwę wyrobu, nr katalogowy, nazwę producenta, nr serii, datę ważności produktu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaoferowany w **Pakiecie Nr 2** winien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 1-3 klipsy posiadały dołączone do każdego zasobnika wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nazwę wyrobu, nr katalogowy, nazwę producenta, nr serii, datę ważności produktu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a