



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-43/17

Tarnów, 2017-07- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** - Czy zestaw w Pakiecie Nr 4 poz. 4 powinien mieć nebulizator wyposażony w samozamykającą się zastawkę, aby nie było konieczności otwierania układu i przerywania wentylacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby nebulizator stanowiący skład zestawu do nebulizacji wyposażony był w samozamykającą się zastawkę, aby nie było konieczności otwierania układu i przerywania wentylacji.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

