

Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń z archiwizacją – 1 szt

Lp	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Parametr oferowany (wpisać dokładnie oferowany parametr)
1.	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń z archiwizacją, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2026, kompletne gotowe do pracy	TAK	
2.	Urządzenie skuteczne i bezpieczne dla użytkownika	TAK	
3.	Dezynfekcja całego pomieszczenia za pomocą suchej mgły	TAK	
4.	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek	TAK	
5.	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym oraz sprzętem medycznym np. defibrylatory, kardiomonitor.	TAK	
6.	Urządzenie spełniające normę EN 17-272 (2020) dotycząca skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację). Skuteczna likwidacja patogenów	TAK	
7.	Dezynfekcja pomieszczeń co najmniej o powierzchni 300m ³ w czasie jednego uruchomienia	TAK	
8.	Urządzenie z turbiną o prędkości co najmniej 22000RPM, szybkość wyrzutu środka przy dyszy min: 80m/s	TAK	
9.	Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia	TAK	
10.	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego	TAK	
11.	Złącze USB do komunikacji z komputerem	TAK	
12.	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	TAK	
13.	Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie archiwizacji danych tj. daty, godziny dezynfekcji, zużycia środka i nazwy dezynfekowanego pomieszczenia	TAK	
14.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK	
15.	W komplecie pendrive z oprogramowaniem do urządzenia dezynfekującego	TAK	
16.	Środki dezynfekcyjne oparte na nadtlenku wodoru, wraz z dokumentacją potwierdzającą skuteczność dezynfekcji (podać nazwę). Kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem	TAK	
17.	W komplecie 2 szt preparatu dezynfekcyjnego bezzapachowego w opakowaniach 1 litrowych, oparte na nadtlenku wodoru, do urządzenia dezynfekcyjnego	TAK	
18.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	TAK	
19.	Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na koszt Wykonawcy	TAK	
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia	TAK	
21.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym	TAK	
22.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	TAK	

Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty