



Znak: AE/DZiM/ZO-24-13/23

Tarnów, 2023-06-23

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę materacy do łóżek szpitalnych jednosegmentowych, poduszek oraz pokrowców na poduszki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakiet Nr 1 poz. 1-2** Jestem producentem materacy w tym medycznych zgłoszonych do urzędu posiadających nr SRN. Materace zgłoszone mają 15 cm (podobno wymagane minimum). Czy Państwo biorą pod uwagę taką opcję?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-2** materacy do łóżek szpitalnych o wysokości 15 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego w tym dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 974 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

*Adomska-Plac*

