



Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków zabiegowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy terminu składania ofert.** W związku z tym, iż Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie papierowej, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do 16.05.2025 bądź zgodę na przesłanie oferty drogą mailową, w postaci dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. **Dotyczy terminu realizacji.** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od daty podpisania umowy. Wydłużenie terminu umożliwi złożenie oferty Wykonawcom oferującym wysokiej jakości wyroby produkowane za granicą.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy pkt 14 a).** Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy.
4. **Dotyczy Załącznika Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy pkt 14 b).** Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy pkt 14 d).** Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy.
6. **Dotyczy treści Zapytania Ofertowego.** Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami. Poz.4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad, w tym frontów szuflad, wykonanych w całości z formowanego, wytrzymałego tworzywa ABS. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferowane szuflady są bez szczelin i łączeń (bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji, łatwe do utrzymania w czystości). Jest to zatem rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami. Poz.4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad, dla których możliwość wyboru kolorystyki realizowana jest poprzez wybór kolorów nakładek na uchwyty szuflad (dostępnych w 11 kolorach). Ponadto Zamawiający otrzymuje dodatkowo zestaw 11 szt. nakładek (po 1 szt. z każdego dostępnego koloru), aby mógł w razie potrzeby łatwo dokonać kolorystycznej zmiany nakładki. Proponowane rozwiązanie jest zatem lepsze od wymaganego. Ponadto dla oferowanego wózka Zamawiający ma możliwość wyboru kolorystyki wózka (boków i tyłu wózka).
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami. Poz.5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytów szuflad z ABS bez ostrych krawędzi, z uwagi, że oferowane szuflady wykonane są w całości z formowanego, wytrzymałego tworzywa ABS i stanowią integralny element szuflady. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami. Poz.5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwyty blatu wysuwanego z ABS bez ostrych krawędzi, stanowiącego integralny element blatu z ABS. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami. Poz.5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzech ergonomicznych uchwytów do prowadzenia wózka, stanowiących zintegrowany element blatu głównego z ABS (z prawego i lewego boku oraz

z tyłu), pełniących jednocześnie rolę band zabezpieczających przed zsuwaniem się przedmiotów, zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik ma większą swobodę przy prowadzeniu wózka, niż gdy uchwyt znajduje się tylko z przodu wózka. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

- 12. Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który z boku wyposażony jest w standardzie w trzy uchylne, transparentne kieszenie z przeznaczeniem na akcesoria, dzięki czemu jest jeszcze bardziej funkcjonalny, jako wózek zabiegowy wielofunkcyjny.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



- 13. Dotyczy Pakietu Nr 2: Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z 5 szufladami.** Poz.7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z zamkiem centralnym szuflad, w którym wymagane elementy wyposażenia tj. dozownik na płyn dezynfekcyjny oraz uchwyt na kartonik z rękawiczkami zamocowane są na krótkim wysięgniku ze stali nierdzewnej, umieszczonym w rogu blatu głównego wózka. Natomiast wymagane elementy wyposażenia tj. kosz na odpady z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą oraz uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły umieszczone są na szynach instrumentalnych z boku wózka. Takie rozwiązanie pozwoli na rozdzielenie części „brudnej” wózka (z koszem na odpady i uchwytem na pojemnik na odpady ostre) oraz części „czystej” wózka (z dozownikiem na płyn dezynfekcyjny i uchwytem pudełko rękawiczek). Poza tym takie rozmieszczenie wyposażenia sprawi, że Użytkownik będzie miał wygodniejszy dostęp do dozownika na płyn dezynfekcyjny oraz uchwytu na pudełko rękawiczek, niż gdyby znajdowały się one z boku wózka na szynach instrumentalnych.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.05.2025 r. godz.12⁰⁰, w miejscu wskazanym w zapytaniu.

- Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nie może on być dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy.
- Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w Załączniku Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy.
- Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w Załączniku Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy.
- Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w Załączniku Nr 4 - Ogólne Warunki Umowy.
- Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy.
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 2 pkt 4 Załącznika Nr 3** w zapytaniu ofertowym.
- Ad. 8. Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 2 pkt 4 Załącznika Nr 3** w zapytaniu ofertowym.
- Ad. 9. Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 2 pkt 5 Załącznika Nr 3** w zapytaniu ofertowym.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 2 pkt 5 Załącznika Nr 3** w zapytaniu ofertowym.
- Ad. 11. Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 2 pkt 5 Załącznika Nr 3** w zapytaniu ofertowym.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, który z boku wyposażony jest w standardzie w trzy uchylne, transparentne kieszenie z przeznaczeniem na akcesoria pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w **Załączniku Nr 3**.
- Ad. 13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z zamkiem centralnym szuflad, w którym wymagane elementy wyposażenia tj. dozownik na płyn dezynfekcyjny oraz uchwyt na kartonik z rękawiczkami zamocowane są na krótkim wysięgniku ze stali nierdzewnej, umieszczonym w rogu blatu głównego wózka, a kosz na odpady z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą oraz uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły umieszczone są na szynach instrumentalnych pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w **Załączniku Nr 3**.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Michał

