



Znak: AE/DZiM/ZO-24-18/25

Tarnów, 2025-11-04

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy pozycji 4-10 przedmiotu zamówienia** - Czy w przypadku wskazanych pozycji Zamawiający wymaga, aby zastosowany materiał ochronny był bezołowiowy, czy dopuszcza również standardową gumę ołowianą?
- 2. Dotyczy pozycji 4-6 przedmiotu zamówienia** - Czy określenie „fartuch jednostronny” oznacza, że Zamawiający ma na myśli: fartuch typu krzyżak (szybko opadający), czy też możliwy jest również fartuch z kamizelką?
- 3. Dotyczy pozycji 1-3 przedmiotu zamówienia** - Prosimy o potwierdzenie, czy w odniesieniu do garsonki wymagania dotyczące ochronności obejmują: 0,5 mmPb przód i 0,5 mmPb tył (plecy), czy też Zamawiający miał na myśli fartuch z ochronnością pleców 0,25 mmPb, zapinany z przodu na zakładkę, zapewniający ochronność 0,5 mmPb z przodu.
- 4. Dotyczy pozycji 8-10, 12 przedmiotu zamówienia** - Czy pozycje od 8-10 oraz 12 mają być wykonane z gumy ołowiowej?
- 5. Dotyczy pozycji 7 przedmiotu zamówienia** - Czy w pozycji 7 Zamawiający ma na myśli fartuch jednostronny? Jeżeli tak, czy ma mieć również standardowo ochronność części pleców 0,25mmPb?
- 6. Dotyczy treści Zapytania Ofertowego** - Czy Zamawiający dopuści przesłanie oferty elektronicznie w pliku pdf na adres mailowy Zamawiającego?
- 7. Dotyczy treści Zapytania ofertowego** - Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 20 dni roboczych? Nieznaczące wydłużenie terminu realizacji znacznie zwiększy konkurencyjność poprzez dopuszczenie do złożenia oferty na produkty o wysokiej jakości i w konkurencyjnych cenach produkowane poza Polską. W terminie 14 dni kalendarzowych spodziewać się można jedynie oferty od polskich producentów.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający wymaga zaoferowania w **pozycjach 4-6** fartuchów bezołowiowych natomiast w **pozycjach 7-10** dopuszcza gumę ołowianą.
- Ad 2.** Zamawiający nie dopuszcza w **pozycjach 4-6** zaoferowania fartucha typu krzyżak ani fartucha z kamizelką.
- Ad 3.** Zamawiający podtrzymuje wymagania w **pozycjach 1-3**, w tym osłabienie promieniowania 0,50 mm Pb z przodu i 0,5 mm Pb z tyłu.
- Ad 4.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w pozycjach 8-10, 12 przedmiotu zamówienia wykonanego z gumy ołowiowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań Zapytania Ofertowego.
- Ad 5.** Zamawiający nie wymaga aby fartuch w **pozycji 7** posiadał ochronność części pleców.
- Ad 6.** Zamawiający podtrzymuje formę składania ofert.
- Ad 7.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zakresie terminu dostawy.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Popyż elena

