



Znak: AE/DZiM/ZO-24-04/26

Tarnów, 2026-03-11

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2.** Normy EN 17-272 lub NFT 28-281 służą ocenie skuteczności procesu zamgławiania. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z tymi normami dokonuje się rejestracji preparatu biobójczego (BPR). Rejestracja ta opisuje spektrum działania preparatu, sposób jego stosowania, dawkę oraz wymagany czas kontaktu, obszar zastosowania, a także określa treść etykiety. Badania przeprowadzone bez uwierzytelnienia ich w rejestracji BPR nie mogą stanowić wyznacznika dla potwierdzania skuteczności biobójczej oferowanej technologii (urządzenie + preparat) i procedury stosowania.
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie pracowało na dedykowanych preparatach, które zgodnie z rejestracją biobójczą (BPR) wykazują kompatybilność z oferowanym urządzeniem (wskazane w pozwoleniu dedykowane urządzenie) oraz skuteczność wobec bakterii, wirusów, grzybów i spor.
3. **Dotyczy treści Zapytania Ofertowego.** Czy Zamawiający dopuści przesłanie oferty drogą elektroniczną podpisaną elektronicznie na wskazany adres e-mailowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający nie wymaga aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych.
- Ad 2.** Zamawiający wymaga, aby urządzenie pracowało na dedykowanych preparatach, które zgodnie z rejestracją biobójczą (BPR) wykazują kompatybilność z oferowanym urządzeniem i spełniał normę EN 17-272.
- Ad 3.** Zamawiający podtrzymuje formę składania ofert. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub osobiście.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marta Urbanek MBA

