

L.p.	Nazwa produktu, wymagane parametry	Jednostka miary zapotrze- bowania	Ilość	Cena jed- nostkowa netto w zł	Cena jed- nostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
4.	Fartuch chirurgiczny jednostronny ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim, równoważnik osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb. Rozmiar MM , obwód klatki piersiowej 97-108 cm dla wzrostu 171 - 182 cm	sztuka	1							
5.	Fartuch chirurgiczny jednostronny ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim, równoważnik osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb. Rozmiar LM , obwód klatki piersiowej 109-120 cm dla wzrostu 171 - 182 cm	sztuka	2							
6.	Fartuch chirurgiczny jednostronny ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim, równoważnik osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb. Rozmiar XLM , obwód klatki piersiowej 145 cm dla wzrostu 171 - 182 cm	sztuka	1							
7.	Fartuch z gumy ołowianej ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim, równoważnik osłabienia promieniowania 0,35 mm Pb. Rozmiar MM, obwód klatki piersiowej 97-108 cm dla wzrostu 171 - 182 cm	sztuka	2							
8.	Kolnierz chroniący tarczycę przed promieniowaniem rtg, w formie stójki rozmiar M, ze śliniakiem o długości 8 cm, o równoważniku osłabienia promieniowania 0,35 mm Pb.	sztuka	10							
9.	Ochrona głowy przed promieniowaniem rtg - czapka typu kepi, o równoważniku ołowiu od frontu 0,5 mm Pb, od góry 0.25 mm Pb, rozmiar M	sztuka	2							
10.	Ochrona głowy przed promieniowaniem rtg - czapka typu kepi, o równoważniku ołowiu od frontu 0,5 mm Pb, od góry 0.25 mm Pb, rozmiar L	sztuka	2							
11.	Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG, (okulary zakładane na okulary korekcyjne), równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb przód, 0,5 mm Pb boki. , waga nie więcej niż 100 g.	sztuka	4							
12.	Jednopalcowa ochrona rąk, rozmiar M, równoważnik osłabienia promieniowania 0,25 mm Pb	para	1							
				Razem						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Nazwa produktu, wymagane parametry	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość	Cena jedn.-nostkowa netto w zł	Cena jedn.-nostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
Środki ochronnych przed promieniowaniem rentgenowskim										
Wymagania do asortymentu z poz. 1 – 6 : Garsonki i fartuchy chirurgiczne wykonane z materiału bezołowiowego. Zewnętrzne pokrycie wykonane z materiału który posiada odpowiednia wytrzymałość gwarantująca trwałość odzieży oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Przedmiot zamówienia zaoferowany w poz. 1-12 spełnia warunki normy PN-EN 61331-3:2015-02 lub równoważnej. Asortyment ujęty w poz. 1-12 oznaczony znakiem CE.										
1.	Fartuch ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką, z przodu z dwóch zachodzących na siebie części, rozmiar: SS, obwód klatki do 96 cm dla wzrostu 159-170 cm, wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki i 0,5 mm Pb z tyłu	sztuka	1							
2.	Fartuch ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką, z przodu z dwóch zachodzących na siebie części, rozmiar: MM, obwód klatki od 97-108 cm dla wzrostu 171-182 cm, wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki i 0,5 mm Pb z tyłu	sztuka	2							
3.	Fartuch ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką, z przodu z dwóch zachodzących na siebie części, rozmiar: XLS, obwód klatki piersiowej powyżej 120 cm dla wzrostu 159-170 cm, wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki i 0,5 mm Pb z tyłu	sztuka	1							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty