

Wymagane i oferowane parametry techniczne chłodziarki laboratoryjnej - 1 szt

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Chłodziarka laboratoryjna – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025, kompletna gotowa do pracy	
2.	Obudowa zewnętrzna ze stali ocynkowanej, zabezpieczona antykorozyjnie i powlekana PVC	
3.	Konstrukcja wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej	
4.	2 x komory, każda po minimum 300L	
5.	2 x drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania	
6.	2 x zamek drzwi z kluczem	
7.	Uszczelka magnetyczna z czterech stron zapewniająca idealne zamknięcie	
8.	Minimum 4 półki ze stali nierdzewnej w każdej komorze	
9.	Ręczne lub automaryczne włączenie światła LED we wnętrzu komór	
10.	2 x sprężarka hermetycznie działająca w zamkniętym układzie	
11.	Skraplacz powietrzny w obu komorach	
12.	Automatyczne rozmrażanie w obu komorach	
13.	Zakres temperatury: +2°C / +15°C	
14.	Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1°C	
15.	Mikroprocesorowy panel sterowniczy	
16.	1 x port USB	
17.	Panel obsługi w języku polskim	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
18.	Urządzenie posiadające systemy alarmowania:	
	- alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury	
	- alarm dźwiękowy i wizualny otwartych drzwi	
	- alarm dźwiękowy i wizualny zanieczyszczenia skraplacza	
	- alarm dźwiękowy i wizualny uszkodzenia czujników	
19.	Pamięć ostatnich alarmów widoczna na ekranie minimum 15 pozycji	
20.	4 kółka jednokierunkowe i 2 regulowane nóżki stabilizujące urządzenie	
21.	2 x przewód zasilający	
22.	Wbudowany filtr przeciwzakłóceńowy umożliwiający prace innych urządzeń	
23.	Czynnik chłodniczy: R290	
24.	Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach zewnętrznych mieszczących się w zakresie: Szerokość: 1200 mm-1300 mm Głębokość: 600 mm-700 mm Wysokość: 1950 mm-2000 mm	
25.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
26.	Jednorazowa dostawa, uruchomienie przedmiotu zamówienia – w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
27.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia	
28.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia	
29.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym	
30.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty