

Wymagane i oferowane parametry jednorazowego sterylnego zestawu do implantacji portu - 48 szt

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Jednorazowy, sterylny zestaw do implantacji portu naczyniowego, zestaw kompletny gotowy do pracy, w skład zestawu wchodzi:	
	Kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, minimum 5 sztuk	
	Nożyczki typu Metzenbaum 14,5 cm, tępo/tępe, minimum 1 sztuka	
	Kleszczyki chirurgiczne Pean, atraumatyczne, proste, 14 cm, minimum 1 sztuka	
	Kleszczyki anatomiczne typu Halsted – Mosquito, atraumatyczne, proste 12,5 cm, minimum 1 sztuka	
	Peha instrument, hak obustronny płaski/ ostry Senn-Miller 16 cm, minimum 1 sztuka	
	Serweta dwuczęściowa, rozmiar 75 cm x 90 cm, samoprzylepna, otwór przylepny 12x9 cm, minimum 1 sztuka	
	Kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 1,8g minimum 10 sztuk	
	Uchwyt Velcro 2,5 cm 14 cm, minimum 1 sztuka	
	Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 100x150 cm, minimum 1 sztuka	
	Kompres z włókniny 10 cm 10 cm, minimum 10 sztuk	
	Pęseta typu Adson 12 cm, prosta, minimum 1 sztuka	
	Kleszczyki anatomiczne typu Halsted – Mosquito, atraumatyczne, zagięte, 12,5 cm, minimum 1 sztuka	
	Igłotrzymacz, metal, minimum 1 sztuka	
	Serweta Protect przylepna 175 x 170 cm, minimum 1 sztuka	
	Serweta na stolik Mayo 80x145 cm, minimum 1 sztuka	
	Tampon z gazy R3 – minimum 3 sztuki	
2.	Dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.	
3.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty