

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE, opisać)
Pojemniki jednorazowego użytku na odpady medyczne		
1.	Pojemnik z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym	
2.	Pojemniki posiadają szczelne (hermetyczne) zamknięcie w postaci pokrywki z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiającym swobodne umieszczanie odpadów w pojemniku.	
3.	Konstrukcja zamknięcia pojemników powinna uniemożliwiać ponowne otwarcie pojemnika i otworu wrzutowego po jego zamknięciu.	
4.	Pojemniki odporne na przekłucia	
5.	Pojemniki muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP	
6.	Pojemniki muszą być oklejone etykietą ostrzegawczą „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymogami PZH. Pojemniki powinny posiadać oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).	
7.	Reklamacja do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia	
8.	Możliwość wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty